FICHE TECHNIQUE

Système de largage de capsule endoscopique AdvanceCE®

1- DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

2- INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Système de largage de capsule endoscopique AdvanceCE®

Le « lance capsule » Advance CE permet de larguer la vidéo-capsule endoscopique au-delà du pylore, pour éviter que celle-ci ne reste bloquée dans l'estomac. Le diagnostique commence immédiatement.

Références	Description
US/00711144	**Système de largage de capsule endoscopique AdvanceCE®** Diamètre 2.5mm - Longueur 180cm

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **3)**
Type d'emballage individuel : **Sachet**
Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

FICHE TECHNIQUE

Matériaux :

Embout :	ABS : Acrylonitrile ; Butadiène ; Styrène
Base de l'embout :	LEXAN poli : polycarbonate poli
Gaine :	DOWLEX : résine de polyéthylène

Présence de :

Latex :	❑Oui	☑Non
Produit d'origine animale :	❑Oui	☑Non
PVC :	❑Oui	☑Non
Phtalate et DEHP :	❑Oui	☑Non

Stérilité :

Stérile :	❑Oui ☑Non:
Mode de stérilisation :	Aucun
Nombre d'utilisations :	Usage Unique

Conservation :

Conditions de conservation:	Température ambiante contrôlée (15-25°C) Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption :	3 ans

Autres données :

Classement GMDN :	Non disponible
Présence d'un code barre :	☑Oui ❑Non
Référentiel utilisé :	☑HIBC ❑GS1-128

Avec les informations :

Référence :	☑Oui	❑Non
N° de lot :	☑Oui	❑Non
Date de péremption :	☑Oui	❑Non

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice

Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice

Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant

Fabricant :	US Endoscopy
Pays :	Etats-Unis

Marquage CE

Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086

Selon la directive Européenne 93/42/CEE, Annexe VII

Produit de classe I, selon la règle 5